



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
HELLENIC DIABETES ASSOCIATION

Ηριδανού 12 • 115 28 Αθήνα • Τηλ.: 210 7210935 • Fax: 210 7210936 • info@ede.gr • www.ede.gr
12, Iridanou str. • 115 28 Athens • Tel.: 210 7210935 • Fax: 210 7210936 • info@ede.gr • www.ede.gr

Αθήνα, 1/06/16

Αρ.πρωτ. 1102

Προς τον ΕΟΠΥΥ

Γενική Δ/ση Οργάνωσης & Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας
Υπόψη: Γεν. Διευθυντή, κ. Ι. Ν. Βαφειάδη

Γενική Δ/ση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας
Δ/ση: Φαρμάκου, Τμήμα: Παρακολούθησης & Αξιοποίησης Ελέγχων
Υπόψη: κ. Δ. Τσαντέ

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Αρ. Πρωτ.: 21193
Ημερομηνία: 1-6-16
Δ/ση: 1 Βαφειάδης
2 Φαρμάκιο

Αξιότιμοι κύριοι,

Πληροφορηθήκαμε την παρουσία εγγράφου του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την έγκριση καθετήρων γλυκόζης στους χρήστες αντλίας συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης, στο οποίο αναφέρεται ότι κατόπιν υποδείξεως της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας προτείνεται η μείωση του αριθμού των ταινιών μέτρησης σακχάρου αίματος των εν λόγω χρηστών αντλίας συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης στα μισά δηλαδή σε δύο κουτιά ταινίες (100 τεμάχια) ανά μήνα.

Θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές ότι η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία ουδέποτε πρότεινε μείωση ταινιών σακχάρου αίματος στους χρήστες αντλίας συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης. Αντιθέτως, προτείνει να μη μειωθεί ο αριθμός των ταινιών σακχάρου αίματος ανά μήνα, αλλά να διατηρηθεί εκείνος των 200 τεμαχίων. Και τούτο, διότι ο αισθητήρας σακχάρου ο οποίος συνεργάζεται με την αντλία απαιτεί τουλάχιστον 3 μετρήσεις για βαθμονόμηση ανά ημέρα, ήτοι 90 ταινίες ανά μήνα. Επιπρόσθετα, η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία προτείνει ότι οποτεδήποτε απαιτείται θεραπευτική παρέμβαση για διόρθωση υψηλής ή χαμηλής τιμής γλυκόζης απαιτείται επιβεβαίωση αυτής με τριχοειδικό αίμα, δηλαδή μέτρηση σακχάρου αίματος. Επομένως, το σύστημα αυτό επιτρέπει την παρακολούθηση της τάσης μεταβολής του σακχάρου αίματος και έχει την δυνατότητα πρόβλεψης των χαμηλών τιμών αυτού, με αποτέλεσμα τη διακοπή χορήγησης ινσουλίνης.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
HELLENIC DIABETES ASSOCIATION

Ηριδανού 12 • 115 28 Αθήνα • Τηλ.: 210 7210935 • Fax: 210 7210936 • info@ede.gr • www.ede.gr
12, Iridanou str. • 115 28 Athens • Tel.: 210 7210935 • Fax: 210 7210936 • info@ede.gr • www.ede.gr

Ωστόσο, για την ασφάλεια των ασθενών εξακολουθεί να είναι απαραίτητος ο έλεγχος της ακρίβειας μέτρησης, προκειμένου να ληφθούν κρίσιμες θεραπευτικές αποφάσεις.

Επιπλέον δεδομένου ότι: **α)** ο αριθμός ατόμων που έχουν αντλία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης είναι περιορισμένος (1000-1500 άτομα στην Ελλάδα), **β)** ο αριθμός των ατόμων εκείνων τα οποία φέρουν καθετήρες γλυκόζης (αισθητήρα σακχάρου) είναι ακόμα πιο μικρός, περίπου 300-350 άτομα στην Ελλάδα, **γ)** είναι τεκμηριωμένη η ωφέλεια από το σύστημα της αντλίας υποστηριζόμενο από συνεχή καταγραφή γλυκόζης αίματος (αισθητήρα σακχάρου ή καθετήρα γλυκόζης), όπως έχει υποστηριχθεί σε προγενέστερο έγγραφο της ΕΔΕ (αρ. πρωτ. 1089), το οποίο επισυνάπτεται πάλι, προτείνουμε τη **μη μείωση του αριθμού των ταινιών σακχάρου αίματος** στους χρήστες αντλίας συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης, όταν συνυπάρχει σύστημα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης αίματος, ιδίως όταν τα δύο συστήματα συνεργάζονται μεταξύ τους για τη ρύθμιση της έγχυσης της ινσουλίνης. Εν κατακλείδι, δεν θα παραλείψουμε όμως να σας υπενθυμίσουμε τις οικονομικές προτάσεις της ΕΔΕ σχετικά με την αποζημίωση των αισθητήρων (καθετήρων γλυκόζης) ανάλογα με την επίτευξη των στόχων του ασθενούς, όπως αυτές αναφέρονται στο παραπάνω συνημμένο έγγραφο.

Για το ΔΣ της ΕΔΕ

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Παπάνας



Ο Γεν. Γραμματέας

Αλέξανδρος Καμαράτος